

Otwock, dn. 17.02.2017r.

Do wszystkich Wykonawców

**Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę 16 szt. łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.**

Pytanie:

Czy w związku z zapytaniem ofertowym za dostawę łóżek szpitalnych dla Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Zamawiający dopuści :

- łóżko, którego konstrukcja pokryta jest lakierem proszkowym bez właściwości antybakteryjnych?

**Zamawiający nie dopuszcza ww. możliwość.**

- łóżko, w którego elementy tworzywowe nie mają właściwości antybakteryjnych?

**Zamawiający dopuszcza ww. możliwość.**

- łóżko, w którym segment oparcia pleców regulowany jest za pośrednictwem sprężyny gazowej?

**Zamawiający nie dopuszcza ww. możliwość.**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Certyfikatu potwierdzające antybakteryjność lakieru a elementy niemetalowe (płyta, drewno, itp.) nie muszą posiadać certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność.**

Dyrektor  
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW  
w Otwocku  
/-/ Dariusz Kołodziejczyk