

Otwock, dn. 16 grudnia 2019 r.

**Informacja dla Wykonawców**

**Dotyczy zapytania ofertowego na „Dostawę ssaku medycznego dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku”.**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapytania ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający przepływ 80l/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe urządzenie.

**Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający wagę 19kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe urządzenie.

**Pytanie nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający wymiary dł.45x szer.35x wys.84cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe urządzenie.

**Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający poziom hałasu: 65dB?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe urządzenie.

**Dyrektor**  
**SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego**  
**MSWiA w Otwocku**  
**/-/ Dariusz Kołodziejczyk**