

Otwock, dnia 20.10.2020r.

## I. ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku  
ul. Bolesława Prusa 1/3  
05-400 Otwock

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta.

## II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała, zwanych dalej systemem kontroli dostępu na parterze budynku R SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

**System kontroli dostępu** – zestaw połączonych ze sobą i współpracujących urządzeń elektronicznych pozwalających na regulacje ruchem wejściowym i wyjściowym do budynku R wraz z elementami towarzyszącymi.

**Urządzenia elektroniczne** – terminal dostępowy z pomiarem temperatury i detekcją obecności maseczki ochronnej na twarzy pacjenta oraz bramkę dwukierunkową uchylną automatycznie.

**Elementy towarzyszące** – słupki odgradzające wraz z taśmą zwijaną automatycznie.

### Zakres przedmiotu zamówienia:

- 1) dostawa i montaż urządzeń elektronicznych,
- 2) dostawa i montaż elementów towarzyszących,
- 3) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, niskoprądowych wraz z wpięciem ich do instalacji elektrycznej Zamawiającego oraz przeprowadzenie wymaganych prawem pomiarów instalacji,
- 4) przeszkolenie personelu,

### Specyfikacja urządzeń i elementów towarzyszących:

- 1) Kamera termowizyjna z funkcją terminalu dostępowego o minimalnych parametrach:

Kamerę termowizyjną z funkcją terminalu należy zamontować na pylonie/słupie przytwierdzonym na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność urządzenia. Urządzenie to musi zostać zamontowane na wysokości 150 - 160 cm w sposób umożliwiający zmierzenie i odczyt temperatury oraz weryfikację założonej maski przez dorosłego pacjenta. Za dorosłego pacjenta przyjmuje się średni wzrost mężczyzny 180 cm, kobiety 160 cm.

Kamera termowizyjna z funkcją terminalu po rozpoznaniu braku maseczki powinna informować o konieczności jej włożenia komunikatem głosowym w języku polskim.

Kamera termowizyjna z funkcją terminalu po pomiarze temperatury powinna informować o zbyt wysokiej temperaturze blokując jednocześnie otwarcie bramki.

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
<b>Kamera:</b>	
przetwornik	2 MP
rozdzielczość	1080p
<b>Moduł pomiaru temperatury:</b>	
zakres pomiarowy temperatury	35°-42°
dokładność	+/- 0,50°
odległość pomiaru	0,50 m
<b>Kontrola otwarcia:</b>	
detekcja twarzy	tak
karta zbliżeniowa	tak
pomiar temperatury	tak
<b>Wyświetlacz:</b>	
przekątna	5"
<b>Analiza obrazu:</b>	
rozpoznawanie twarzy	tak
rozpoznawanie obecności maseczki	tak
<b>Komunikacja:</b>	
dźwiękowa sygnalizacja podwyższonej temperatury w języku polskim	tak
<b>Interfejs:</b>	
Ethernet	10/100
wyjście sterujące	tak, 1
<b>Audio:</b>	
wbudowany głośnik	tak

2) Bramka dwukierunkowa:

Należy zamontować bramkę przytwierdzając ją na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność bramki.

Bramki powinny zapewniać dwa odrębne ciągi komunikacyjne umożliwiające przejście osobom niepełnosprawnym.

Wejście powinno otwierać się automatycznie po dokonaniu pomiaru temperatury wchodzącego.

Wyjście powinno otwierać się automatycznie wyzwalane za pomocą fotokomórki.

Urządzenie wyposażone w wbudowany zasilacz buforowy umożliwiający otwarcie i zamknięcie bramek w przypadku braku bądź awarii zasilania.

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
Obudowa	stal nierdzewna
Ramię bramki	szklane
Szerokość ramienia	umożliwiająca swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
Otwieranie bramki	Automatycznie  Wejście za pomocą terminalu dostępowego Wyjście za pomocą fotokomórki
Możliwość otwarcia ramion na stałe	Tak
Funkcja anty panic	Tak
Wbudowany zasilacz buforowy	tak

### 3) Elementy towarzyszące:

Należy zamontować 8 szt. słupków odgradzających, przytwierdzając ich podstawy na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność słupków.

Słupki odgradzające wyposażone są w rolki z taśmami umożliwiającymi płynną regulację taśmy oraz możliwość połączenia z kolejnymi słupkami.

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
Słupek	Tak
Podstawa słupka	Tak
Możliwość stałego montażu do podłoża	Tak
Konstrukcja	Stal chromowana
Taśma	Regulowana do 1,80 m z płynną regulacją długości
Wysokość słupka	90

Średnica	50
----------	----

Dopuszcza się inne alternatywne rozwiązania spełniające kryteria Zamawiającego, takie jak np. połączenie słupka odgradzającego z słupkiem bramki, montaż bramki zawierającej wsporniki pomocnicze dla podtrzymania stabilizacji bramki, etc.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:** 20 dni od dnia zawarcia umowy

**IV. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

1. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem **załącznika nr 1** – formularz oferty do niniejszego zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy/ów.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
3. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym upusty i rabaty.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku przez Wykonawcę.
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
10. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
11. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty oraz zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym/wybranymi Wykonawcą/Wykonawcami (w szczególności w przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie).
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
14. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień lub uzupełnień złożonej oferty w zakresie dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wszystkich Wykonawców lub

- jedynie Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą.
15. Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do dnia **26.10.2020 r. do godz. 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie „**Oferta na dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki**” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczętkę Wykonawcy).
  16. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda załączenia do oferty:
    - 16.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego,
    - 16.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
    - 16.3. zobowiązuje do załączenia do oferty specyfikacji technicznej sprzętu – np. karty produkty, katalog itp.
  17. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest:  
Marta Przybylska, tel. 22 779-20-61 wew. 37, e-mail: [m.przybylska@zozmswia.pl](mailto:m.przybylska@zozmswia.pl).

**ZATWIERDZAM**

**Dyrektor**

**SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA**

**w Otwocku**

**/-/ Dariusz Kołodziejczyk**

*\*/ niepotrzebne skreślić*

### KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z ds. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że: administratorem danych osobowych jest **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku**, adres: ul. Bolesława Prusa 1/3, 05-400 Otwock;

- 1) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [kontakt.iod@zozmswia.pl](mailto:kontakt.iod@zozmswia.pl);
- 2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie ds. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (ds. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ds. 8 oraz ds. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
- 4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z ds. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:

- 1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (ds. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
- 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- 3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;
- 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

**Załącznik nr 1 do  
Zapytania ofertowego**

(pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty **na dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta** składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Nazwa Wykonawcy: \_\_\_\_\_  
Adres: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tel/ Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
REGON: \_\_\_\_\_  
NIP: \_\_\_\_\_

Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za kwotę: \_\_\_\_\_ netto \_\_\_\_ % VAT, brutto \_\_\_\_\_ słownie ( \_\_\_\_\_ ).

**Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy:**

1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oświadczamy, że:
  - 1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
  - 2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
  - 3) dysponuje/my\* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całego zamówienia;
  - 4) zdobyłem/liśmy\* konieczne informacje do przygotowania oferty;
  - 5) zapoznałem(y)\* się z treścią zapytania ofertowego, wzoru umowy i nie wnoszę/imy \* do nich zastrzeżeń;
  - 6) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;

- 7) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
- 8) faktury VAT/rachunki\* będą płatne w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku\* do siedziby Zamawiającego:
4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty :
- 1) \_\_\_\_\_ ;
- 2) \_\_\_\_\_ .
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w ds. 13 lub ds. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*

- 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ds. 13 ust. 4 lub ds. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia ds. poprzez jego wykreślenie).

\_\_\_\_\_  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

*\*/ niepotrzebne skreślić*



**Załącznik nr 2 do  
Zapytania ofertowego**

**(pieczęć Wykonawcy)**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku**

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiających automatyczny pomiar i kontrolę temperatury ciała oraz wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w zapytaniu ofertowym i

**OŚWIADCZAM(Y)\*, ŻE:**

wskazany(i) powyżej Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3. zdolności technicznej lub zawodowej.

.....

(miejscowość) (data)

.....

(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

\*/ niepotrzebne należy skreślić

**UMOWA nr ...../2020**

w dniu .....2020 r. w Otwocku pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Otwocku** z siedzibą przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000177289, NIP 532-10-17-768, REGON 010158710, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym/Udzielającym Zamówienia, reprezentowanym przez:

Dariusza Kołodziejczyka - Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z dnia \_\_\_\_\_ r., która stanowi Załącznik do umowy

a

---

---

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kamery termowizyjnej i bramki umożliwiającej automatyczny pomiar i kontroli temperatury ciała pacjentów, a także wykrywanie maseczki ochronnej na twarzy pacjenta, na parterze budynku R SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
  - 1) Dostawę i montaż urządzeń elektronicznych,
  - 2) Dostawę i montaż elementów towarzyszących,
  - 3) Wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, niskoprądowych wraz z wpięciem ich do instalacji elektrycznej Zamawiającego oraz przeprowadzenie wymaganych prawem pomiarów instalacji,
  - 4) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi zamontowanych urządzeń.
3. Specyfikacja urządzeń i elementów towarzyszących została określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

**§ 2.**

1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy.
2. Dostawa, montaż, wykonanie instalacji i przeszkolenie pracowników odbędą się w godzinach od 07:45 do 15:20 w dni pracujące.
3. Za dzień realizacji umowy uznany będzie protokolarnie potwierdzony przez Zamawiającego dzień dokonania odbioru.

**§ 3.**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w łącznej kwocie netto \_\_\_\_\_ zł + VAT \_\_\_\_\_ %, brutto \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
2. Koszty transportu, wniesienia, montażu, ustawienia, instalacji, uruchomienia przedmiotu umowy i przeszkolenia pracowników ponosi Wykonawca.

**§ 4.**

1. Za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ustaloną cenę.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół odbioru. W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot umowy nie został wykonany zgodnie z umową zostanie spisany protokół z uwagami, a Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania protokołu z uwagami.
3. Płatność będzie dokonana przelewem, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy \_\_\_\_\_.
4. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy.
6. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Jeśli przedmiot zawartej umowy jest wymieniony w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 106), a wartość faktury jest równa lub przekracza 15 000 zł brutto, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. Wykonawca zobowiązuje się do podania w umowie i/lub na fakturze numeru rachunku bankowego zgodnie z zamieszczonym w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Ministerstwa Finansów.
9. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z platformy, o której mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>).

**§ 5.**

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji umowy jest \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ lub inna wskazana przez Dyrektora Szpitala.

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_

#### § 6.

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy jest wyrobem nowym i wolnym od wad, posiadającym oznakowanie i instrukcje używania w języku polskim, posiada certyfikat CE lub deklarację zgodności.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, jak również z wszelkimi naprawami przeglądami konserwacyjnymi w okresie gwarancji zaleconymi przez producenta,
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia Zamawiającego powstałe w wyniku wad i usterek wykonanych prac montażowych.
4. Termin gwarancji – 24 miesiące, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. Gwarancja nie wyklucza stosowania środków prawnych z tytułu rękojmi.
5. Zamawiający zgłasza wady i usterek Wykonawcy niezwłocznie po ich zauważeniu w formie pisemnej, bądź w korespondencji elektronicznej (e-mail).
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o którym mowa w pkt 6), Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy.
8. Skuteczne usunięcie wady i usterek wymaga każdorazowo potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni wykonanie w okresie gwarancji i poniesie wszelkie koszty wykonania czynności serwisowych, sprawdzeń, przeglądów lub badań wymaganych przez producenta urządzenia lub przez przepisy prawa,
10. Wykonawca wskaże punkty serwisowe na terenie Polski oferowanych urządzeń wykonujące naprawy gwarancyjne i gwarantuje dostępność części zamiennych i materiałów zużywalnych do przedmiotu zamówienia przez okres 3 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.
11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i racjonalnej eksploatacji urządzeń.

#### § 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  - 1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,
  - 2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1,

- 3) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % wartości brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy,
- 4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu, którego wartość jest określona w § 3 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.
3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek.

**§ 8.**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

**§ 10.**

1. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na podstawie odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji podlegających ochronie.

**§ 11.**

Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i środki techniczne umożliwiające wykonanie przedmiotu umowy.

**§ 12.**

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska poddadzą rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13.**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**

Specyfikacja urządzeń i elementów towarzyszących:

1) *Kamera termowizyjna z funkcją terminalu dostępowego o minimalnych parametrach:*

*Kamerę termowizyjną z funkcją terminalu należy zamontować na pylonie/słupie przytwierdzonym na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność urządzenia.*

*Kamera termowizyjna z funkcją terminalu po rozpoznaniu braku maseczki powinna informować o konieczności jej włożenia komunikatem głosowym w języku polskim.*

*Kamera termowizyjna z funkcją terminalu po pomiarze temperatury powinna informować o zbyt wysokiej temperaturze blokując jednocześnie otwarcie bramki.*

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
<b>Kamera:</b>	
przetwornik	2 MP
rozdzielczość	1080p
<b>Moduł pomiaru temperatury:</b>	
zakres pomiarowy temperatury	35°-42°
dokładność	+/- 0,50°
odległość pomiaru	0,50 m
<b>Kontrola otwarcia:</b>	
detekcja twarzy	tak
karta zbliżeniowa	tak
pomiar temperatury	tak
<b>Wyświetlacz:</b>	
przekątna	5"
<b>Analiza obrazu:</b>	
rozpoznawanie twarzy	tak
rozpoznawanie obecności maseczki	tak
<b>Komunikacja:</b>	
dźwiękowa sygnalizacja podwyższonej temperatury w języku polskim	tak

<b>Interfejs:</b>	
Ethernet	10/100
wyjście sterujące	tak, 1
<b>Audio:</b>	
wbudowany głośnik	tak

2) *Bramka dwukierunkowa:*

*Należy zamontować bramkę przytwierdzając ją na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność bramki.*

*Bramki powinny zapewniać dwa odrębne ciągi komunikacyjne umożliwiające przejście osobom niepełnosprawnym.*

*Wejście powinno otwierać się automatycznie po dokonaniu pomiaru temperatury wchodzącego.*

*Wyjście powinno otwierać się automatycznie wyzwalane za pomocą fotokomórki.*

*Urządzenie wyposażone w wbudowany zasilacz buforowy umożliwiający otwarcie i zamknięcie bramek w przypadku braku bądź awarii zasilania.*

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
<i>Obudowa</i>	<i>stal nierdzewna</i>
<i>Ramię bramki</i>	<i>szklane</i>
<i>Szerokość ramienia</i>	<i>umożliwiająca swobodny przejazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim</i>
<i>Otwieranie bramki</i>	<i>Automatycznie</i>  <i>Wejście za pomocą terminalu dostępowego</i> <i>Wyjście za pomocą fotokomórki</i>
<i>Możliwość otwarcia ramion na stałe</i>	<i>Tak</i>
<i>Funkcja anty panic</i>	<i>Tak</i>
<i>Wbudowany zasilacz buforowy</i>	<i>tak</i>

3) *Elementy towarzyszące:*

*Należy zamontować 8 szt. słupków odgradzających, przytwierdzając ich podstawy na stałe do podłoża za pomocą śrub kotwiących lub alternatywnego rozwiązania zapewniającego stabilność słupków.*

*Słupki odgradzające wyposażone są w rolki z taśmami umożliwiającymi płynną regulację taśmy oraz możliwość połączenia z kolejnymi słupkami.*

<b>Wymaganie minimalne:</b>	
<i>Słupek</i>	<i>Tak</i>
<i>Podstawa słupka</i>	<i>Tak</i>
<i>Możliwość stałego montażu do podłoża</i>	<i>Tak</i>
<i>Konstrukcja</i>	<i>Stal chromowana</i>
<i>Taśma</i>	<i>Regulowana do 1,80 m z płynną regulacją długości</i>
<i>Wysokość słupka</i>	<i>90</i>
<i>Średnica</i>	<i>50</i>