

Otwock, dnia 13.04.2021r.

Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę sprzętu medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Zapytania ofertowego dotyczące przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cykloergometr o parametrach równoważnych lub przewyższających postawione wymagania:

- zakres regulacji obciążenia: 7-1000 W,
- zakres prędkości obrotowej: 3-150 RPM,
- dopuszczalna waga pacjenta: do 180 kg,
- ekran: kolorowy, dotykowy, 7",
- regulowana kierownica 360°,
- pomiar HR,
- złącze LAN lub USB,
- 6 zdefiniowanych fabrycznie programów terapeutycznych,
- możliwość dodania do 44 protokołów własnych,
- system hamowania opór: indukcyjny,
- regulacja obciążenia: elektroniczna,
- minimalny przyrost obciążenia 1W,
- pomiar: czas, dystans, prędkość, prędkość RPM, moc Watt, wydatek energetyczny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że dopuszcza cykloergometr o powyższych parametrach.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z certyfikatem medycznym o następującej specyfikacji:

DANE TECHNICZNE:

- hamulec ergometru: bezstykowy hamulec elektromagnetyczny, sterowany elektronicznie pomiarem mocy chwilowej
- zakres obciążenia: 10 - 999 W co 1 W
- dokładność obciążenia: 5 o/0± 5 W, w zależności od obciążenia
- zakres obrotów: 30 - 160 obr.lmin

- zakres pomiaru HR: 20 - 255 ud./min
- pomiary ciśnienia: skurczowe: 40 do 260 mmHg
- rozkurczowe: 25 do 200 mmHg
- programy obciążeń: 13 programów standardowych w tym: 2 ręczne, Bruce, WHO, program z liniowym narastaniem mocy, trening interwałowy, trening impulsowy, 2 protokoły sterowania zewnętrznego przez RS-232, program komunikacji Bluetooth
- z systemem PELETON Plus, 6 programów projektowanych przez użytkownika za pomocą klawiatury
- czas fazy: 1 - 99 min
- ilość faz: elastyczny algorytm zapamiętywania pozwalający na zaprogramowanie do kilkudziesięciu faz
- kalibracja: automatyczna (po włączeniu cykloergometru)
- alarmy: świetlne i dźwiękowe
- sterowanie: zewnętrzne za pomocą złącza RS-232 lub Bluetooth (PELETON plus)
- regulacja siodełka: 78,5 - 107,5 w pionie
- wymiary (dl. x szer. x wys.) [mm]: 1070 x 570 x 1160
- masa [kg]: 48
- dopuszczalna masa pacjenta [kg]: 150
- certyfikat medyczny

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza cykloergometru o powyższych parametrach technicznych. Dopuszczalna masa pacjenta musi wynosić 180 kg a nie jak wskazano 150 kg.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapytania ofertowego **w zakresie zmiany terminu składania ofert:**

Ofertę w postaci załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) należy złożyć do **dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, przy ul. Bolesława Prusa 1/3 (SEKRETARIAT) lub na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku ul. Bolesława Prusa 1/3 05 - 400 Otwock (decyduje data wpływu). Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego z napisem na kopercie **„Oferta na dostawę sprzętu medycznego do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych”** oraz nazwą i dokładnym adresem wykonawcy wraz z numerami telefonów wykonawcy (dopuszcza się pieczętę Wykonawcy).

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
w Otwocku

/-/ lek. Grażyna Żarnowiecka